

# FANCY Rose (750\*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

Nitril • Latexfrei • Puderfrei • Rosa glänzend • Unsteril •  
 Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Lebensmittelecht •  
 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

## Spezifikationen:

Material: Nitril  
 Puder: Ungepudert  
 Inhaltsstoffe: Thiumamfrei,  
 keine Proteine enthalten  
 Manschette: Umbördelt  
 Design: Beidhändig  
 Steril: Nein  
 Oberfläche: Angeraute  
 Fingerspitzen  
 Farbe: Rosa glänzend  
 Qualitätssicherung:  
 EN 374 CAT III - TypC,  
 EN 420;  
 EN 455 Teil 1-4;  
 EN ISO 13485:2016

## Artikelnummer und Größe:

7501 | Extra Small  
 7502 | Small  
 7503 | Medium  
 7504 | Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
 10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



Für weitere  
 Informationen  
 klicken Sie  
 bitte auf  
 das Bild



## Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## Maße

Art.-Nr.	7501	7502	7503	7504
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9
Breite	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,07 ± 0,02 mm

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Mittlere Reißfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2  
 SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P Ireland  
 (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-78.9

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.  
 Änderungen vorbehalten.

UNIGLOVES GERMANY  
 Arzt- & Klinikbedarf  
 Handelsgesellschaft mbH

📍 Camp-Spich-Straße 71  
 D-53842 Troisdorf  
 ☎ +49 (0) 2241-9323-0  
 ✉ unigloves@unigloves.de  
 🌐 unigloves.de

